Clipamed©

www.clipamed.fr

Sacs d'extraction de Pièces Médicales

Endo Ultimate (ouverture automatique)

Pour la préhension et le retrait rapides et sûrs de tissus réséqués telsque les ovaires, les vésicules biliaires, les fibromyomes, les myomes, lesépiploons, les rates, les appendices et les intestins. Réduit le risque d'infections de l'orifice et de formation de carcinomes.

- Le sac transparent permet l'observation du tissu
- Le sac à ouverture automatique assure la préhension rapide, simple et
- L'anneau rigide garantit une ouverture large pour permettre l'entrée rapide et simple du tissu
- Le sac résistant aux déchirures et non poreux réduit le risque d'infections de l'orifice et de formation de carcinomes

Réf:	Description:	Lot:
PS3442ULT	Intubateur 10 mm avec poche de 90mm x 145mm	5/boîte
PS3443ULT	Intubateur 10 mm avec poche de 130mm x 180mm	5/boîte
PS3444ULT	Intubateur 15 mm avec poche de 190mm x 230mm	5/boîte

purple surgical
Cory Bros

2 rue du Bac 94220 Charenton Le Pont
Tél. 01 80 91 99 28 - Fax: 01 80 81 99 29 - contact@clipamed.fr

Sacs d'extraction de Pièces Médicales

Endo Ultimate (ouverture automatique)

Mode d'emploi

Lire les informations suivantes avant d'utiliser cet appareil.

Indications :
La poche de récupération de tissus Purple Surgical / Cory Bros est utilisée lors de procédures abdominales très peu invasives afin de retirer facilement et en toute sécurité des spécimens de tissus tels que l'appendice, la vésicule biliaire, les calculs biliaires, les ganglions lymphatiques, les embryons en cas de grossesse extra-utérine, les ovaires, les petites sections d'intestin et d'autres tissus.

Contre-indications :
Cet instrument ne doit pas être utilisé lorsque les techniques très peu invasives sont contre-indiquées.

Description de l'appareil :
La poche pour spécimen à usage unique de 10 mm Purple Surgical / Cory Bros destinée à la récupération de tissus se compose d'un long tube introducteur cylindrique et d'une poche en polyuréthane qui minimise le déversement et la contamination intra-opératoire en isolant et en enfermant les spécimens. La poche de récupération de tissus est conçue pour être introduite et utilisée par le biais de canules de trocart de 10/11 et 12 mm.

Mode d'emploi :

- En utilisant une technique stérile, retirez l'instrument de son emballage. Pour éviter de l'endommager, ne laissez pas tomber l'instrument sur le champ stérile.
- Insérez la poche de récupération de tissus au moyen d'une canule de trocart de taille appropriée.
- Saisissez l'anneau orange circulaire clairement identifié à l'aide d'une pince atraumatique et retirez la poche de récupération de tissus du manchon du tube introducteur dans la cavité abdominale.
- Pour préparer la poche, facilitez son déroulement à l'aide d'un instrument atraumatique.
- Placez le spécimen dans la poche.
- Une fois le spécimen complètement inséré dans la poche, tirez l'anneau orange de la poche dans l'extrémité distale de la canule du trocart.

Retrait de la poche de spécimen et de la canule de trocart.

- La poche contenant le spécimen peut être retirée via un site de trocart de 10 mm, pour les spécimens correspondant environ à ce diamètre.
- Tirez sur l'anneau orange de la poche de récupération de tissus jusqu'à ce que le bord de la poche atteigne la surface corporelle. Inspectez visuellement la poche pour voir si elle contient de l'air. Si de l'air est capté dans la poche, utilisez un instrument atraumatique pour agrandir le bord de la poche afin de laisser l'air s'échapper.
- Si la poche ne se retire pas facilement, élargissez l'incision afin de pouvoir la retirer aisément, en veillant à ne pas déchirer la poche.
- **Attention :** Ne tentez pas de tirer la poche à travers la canule du trocart.

Précautions / Avertissements :

- Cet appareil est destiné à un usage unique et ne doit en aucun cas être réutilisé ou restérilisé. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.
- Les procédures endoscopiques doivent être effectuées uniquement par des médecins disposant d'une formation et d'une connaissance adéquates de ces procédures. Il convient en outre de consulter les publications médicales en ce qui concerne les techniques, les risques, les contre-indications et les complications avant de réaliser ces procédures.
- Avant d'utiliser simultanément plusieurs instruments et accessoires endoscopiques de marques différentes au cours d'une intervention, vérifier leur compatibilité.
- Afin de permettre sa fermeture correcte, ce dispositif ne doit pas être utilisé pour des tissus ne pouvant pas tenir dans la poche.
- Ne retirez pas et ne tentez pas de retirer la poche de spécimen via la canule du trocart.

Mesures de précaution concernant une utilisation unique :

Ce(s) produit(s) est (sont) fabriqué(s) et vendu(s) pour une utilisation unique. Il est interdit de retraiter et de stériliser à nouveau ce produit. Les effets de tout retraitement et de toute nouvelle stérilisation non autorisés peut entraîner les complications suivantes :

1. Contamination croisée en raison d'un retraitement / d'une nouvelle stérilisation inefficace.
2. Fatigue mécanique et défauts associés en raison des effets du processus de retraitement / nouvelle stérilisation.

Après utilisation unique, le produit doit être recyclé immédiatement en tant que déchet médical contrôlé

Fourniture
La poche de récupération de tissus Purple Surgical / Cory Bros est fournie à l'état stérile pour une utilisation sur un seul patient. Mettre au rebut après utilisation.

2 rue du Bac 94220 Charenton Le Pont
Tél. 01 80 91 99 28 - Fax: 01 80 81 99 29 - contact@clipamed.fr